

## Visi dan Misi

### Visi :

*Menjadi laboratorium kalibrasi alat kesehatan nasional yang mengutamakan “Keselamatan, Keamanan, dan Kepuasan Pelanggan”.*

### Misi :

1. Menjadi institusi penguji kalibrasi alat kesehatan berstandar dan tersertifikasi ISO/SNI 17025:2017 serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Mengembangkan jumlah ruang lingkup yang terakreditasi oleh KAN
3. Menjadi laboratorium Uji Kesesuaian untuk General X-ray dan Mobile
4. Mengembangkan pelayanan Inspection & Preventive Maintenance tahun 2024



**Pelayanan kami mengutamakan:**  
**Safety, Quality, Digitalisasi & Competitive**

# VALUE

**S**afe (Keamanan)

**A**ccurate (Keakurasian)

**F**ast (Kecepatan)

**E**ffective & Efficient (Kegunaan & Kesesuaian)

**T**raceable (Ketelusuran)

**Y**ielding (Ketercapaian)

**Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan Yang Paripurna**  
*The Excellence Service of Medical Equipment Calibration*

# LAYANAN KALIBRASI

- Anaesthesi Ventilator
- Anaesthesi Unit
- Analytical Balance
- Audiometer
- Autoclave
- Automatic External Defibrillator ( AED )
- Bed Side Monitor / Patient Monitor
- Blood Bank
- Blood Pressure Monitor
- Blood Warmer
- Cardiotocograph (CTG)
- Central Moniotor
- Centrifuge
- Centrifuge Hematokrit
- Centrifuge Rerigerator
- Chamber Audiometer
- Cold Chain/Kulkas Vaksin
- CPAP
- Dental Unit
- Defibrillator (DC Schock)
- Defibrilator With Monitor
- Digital Radiography Mobile ( DR )
- Electro Convulsive Teraphy ( ECT )
- Echo Cardiograph
- Electro Stimulator ( EST )/TENS
- Electro Surgery Unit (ESU)
- Electrocardiograph (ECG) Monitor
- Electrocardiograph (ECG) Recorder
- Electro Encephalograph ( EEG )
- Electrolite Analyzer
- ENT Treatment
- Fetal Doppler
- Flow Meter/Oxygen Regulator
- Head Lamp
- Hematologi Analyzer
- Humidifier
- Infant Incubator ( Baby Incubator)
- Infant Incubator Transport ( Baby Incubator)
- Infant Warmer
- Infrared Therapy
- Infusion Pump
- Inkubator Laboratorium
- Lampu Operasi
- Light Source/Lampu Tindakan/Examination Lamp
- Medical Freezer
- Medical Refrigerator
- Micro Wave Diathermy (MWD)
- Micropipet Fix Volume
- Micropipet Variable Volume
- Microscope Laboratory
- Mix Safe
- Nebulizer
- Neopuff
- Operating Microscope Mata
- Otoscope
- Oven
- Oxygen Concentrator
- Paraffin Bath

# LAYANAN KALIBRASI

- Photo Therapy Unit (Blue Light)
- Photometer Full Automatic/Kimia Analyzer
- Photometer Semi Automatic/Kimia Analyzer
- Platelet Agitator Inkubator
- Pulse Oxymeter (Saturasi Oxygen)/SPO2
- Respiratory Timer
- Rotator
- Short Wave Diathermy (SWD)
- Sphygmomanometer Non-otomatis
- Spirometer
- Sterilisator
- Stirrer
- Strech Test ( Treadmill + ECG + NIBP )
- Suction Pump
- Syringe Pump
- Thermometer Clinical
- Thermometer Infra Red/Gun
- Timbangan Analytical Mekanik ( Timbangan Lengan )
- Timbangan Bayi Digital
- Timbangan Bayi Mekanik
- Timbangan Dewasa Digital
- Timbangan Dewasa Mekanik
- Timbangan Obat
- Timer Respirasi
- Traction
- Traksi Unit
- Treadmill
- Treadmill ECG
- Ultra Sound Therapy (UST)
- Ultra Violet Sterilizer
- Ultrasonograph (USG)
- Urine Analyzer
- Vacuum Extractor
- Vaporizer
- Ventilator
- Ventilator Transport
- Vortex Mixer
- Vaccum Extrator
- Suction Pump Wall
- Waterbath
- X-Ray Dental
- X-Ray Dental Panoramic
- X-Ray General Purpose / X-Ray Unit
- X-Ray Mammography
- X-Ray Mobile C-Arm
- X-Ray Mobile Unit
- X - Ray Dental Intra Oral



# SERTIFIKAT AKREDITASI

LK-228-IDN

Ditetapkan tanggal : 23 November 2020

Berlaku hingga : 22 November 2025

Diberikan kepada

**PT Antera Kalibrasi**

di

**Ruko Ganda Asri No. 23, Pondok Aren, Tangerang Selatan**

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

**LABORATORIUM KALIBRASI**

dengan menerapkan secara konsisten

**SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)**

**Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi**  
untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

  
**Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc**

**KETUA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

## LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 228 IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017)

|                   |                                                          |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Nama Laboratorium | : PT Antera Kalibrasi                                    | Masa Berlaku     |
| Alamat            | : Ruko Ganda Asri No. 23, Pondok Aren, Tangerang Selatan | 23 November 2020 |
| Telepon           | : (021) 7350181                                          | hingga           |
| Faksimili         | : (021) 7350181                                          | 22 November 2025 |

## KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

| No. | Kelompok pengukuran | Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur | Rentang Ukur                                                            | Ketidakpastian yang diperluas             | Keterangan                                                                            |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tekanan             | Sphygmomanometer                                                | 0 mmHg ~ 250 mmHg                                                       | 1.0 mmHg                                  | SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 042-18); MK-SPYG/01/AK/2015 |
| 2   | Tekanan             | Suction Pump                                                    | -600 mmHg ~ 0 mmHg                                                      | 12 mmHg                                   | SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 046-18); MK-SCP/02/AK/2015  |
| 3   | Aliran              | Infusion Pump                                                   | 0 mL/Jam ~ 10 mL/Jam<br>10 mL/Jam ~ 50 mL/Jam<br>50 mL/Jam ~ 100 mL/Jam | 0.61 mL/jam<br>0.61 mL/Jam<br>0.61 mL/Jam | SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 027-18); MK-IFP/06/AK/2019  |
| 4   | Aliran              | Syringe Pump                                                    | 0 mL/Jam ~ 10 mL/Jam<br>10 mL/Jam ~ 50 mL/Jam<br>50 mL/Jam ~ 100 mL/Jam | 0.61 mL/jam<br>0.61 mL/Jam<br>0.61 mL/Jam | SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 047-18); MK-SYB/07/AK/2019  |
| 5   | Kelistrikan         | Electrocardiograph                                              |                                                                         |                                           | SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 020-18); MK-ECG/04/AK/2019  |
|     |                     | Tinggi amplitudo pulsa                                          |                                                                         |                                           |                                                                                       |
|     |                     | Sensitivitas 5 mm/mV                                            | 0 mm ~ 5 mm                                                             | 0.82 mm                                   |                                                                                       |
|     |                     | Sensitivitas 10 mm/mV                                           | 5 mm ~ 10 mm                                                            | 0.82 mm                                   |                                                                                       |
|     |                     | Sensitivitas 20 mm/mV                                           | 10 mm ~ 20 mm                                                           | 0.82 mm                                   |                                                                                       |
|     |                     | Lebar pulsa time interval                                       |                                                                         |                                           |                                                                                       |
|     |                     | Papperspeed 25 mm/s                                             | 0 mm ~ 100 mm                                                           | 0.82 mm                                   |                                                                                       |
|     |                     | Papperspeed 50 mm/s                                             | 0 mm ~ 100 mm                                                           | 0.82 mm                                   |                                                                                       |
|     |                     | Uji sinyal sinusiada                                            |                                                                         |                                           |                                                                                       |
|     |                     | Sensitivitas 20 mm/mV; pada Amplitudo standar 1 mV, f = 10 Hz   | 0 mm ~ 20 mm                                                            | 0.82 mm                                   |                                                                                       |

## LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 228 IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017)

| No. | Kelompok pengukuran | Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur | Rentang Ukur     | Ketidakpastian yang diperluas | Keterangan                                                                           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Waktu dan frekuensi | Centrifuge                                                      |                  |                               | SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/571/2018 (MK 016-18); MK-CFG/03/AK/2015 |
|     |                     | Kecepatan putar                                                 | 0 rpm ~ 4000 rpm | 1.7 rpm                       |                                                                                      |
|     |                     | Waktu                                                           | 180 s ~ 300 s    | 1.2 sec                       |                                                                                      |

Catatan :

- <sup>1)</sup> Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang dimiliki laboratorium
- Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI-E



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
9120102791823

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT ANTERA KALIBRASI  
Alamat Kantor/Korespondensi : RUKO GANDA ASRI NOMOR 23, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten  
NPWP : 31.814.222.1-411.000  
Nomor Telepon : 0217350181  
Nomor Fax : 0217350181  
Email : kalibrasi.atera@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2019  
Perubahan ke-8 tanggal : 9 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : HK.02.02/I/2848/2018

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL INSTITUSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI  
PT. ANTERA KALIBRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai, perlu dilakukan pengujian dan/ atau kalibrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Izin Operasional Institusi Pengujian dan Kalibrasi PT. Antera Kalibrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 445.5/01/IPAK/DINKES/V/2015 tanggal 18 Mei 2018

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL INSTITUSI PENGUJIAN DAN KALIBRASI PT. ANTERA KALIBRASI

-2-

Memberikan Izin Operasional Institusi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dengan Klasifikasi kelas C kepada:

PT. ANTERA KALIBRASI,

Beralamat di Jalan Ceger Raya Ruko Ganda Asri Blok D No 23, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

- KEDUA : Izin operasional institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Penyelenggaraan institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu secara berjenjang dan periodik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Tangerang Selatan dan Kementerian Kesehatan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

  
**BAMBANG WIBOWO**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

# Daftar Pelanggan

## Rumah Sakit Umum Nasional :

- PKM Curug, Kota Tangerang
- Puskesmas Bogor Selatan
- RS Kanker Dharmas, Kota Jakarta
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta
- Puskesmas Darmaraja, Sumedang
- RS Bhayangkara TK.III, Bengkulu
- RSAL Dr. Ramelan, Surabaya
- RSUD Prov. NTB, Lombok
- Balai K3, Bandung
- RSUD Arjawinangun, Cirebon
- PKC Tanah Abang, Jakarta
- Puskesmas Kel. Karet Tengsin, Jakarta
- Puskesmas Kel. Gelora, Jakarta
- Puskesmas Kampung Bali, Jakarta
- Puskesmas Kel. Kebon Melati, Jakarta
- Puskesmas Kel. Petamburan, Jakarta
- PKM Kedaung Barat, Kota Tangerang
- RSKGM Universitas Indonesia, Jakarta
- PMI Kota Tangerang
- RSUD Kebayoran Lama
- PKM Poris Gaga, Kota Tangerang
- RS Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor
- RSUD Bintuni, Papua Barat
- RSUD Scholoo Keyen, Sorong Selatan
- Puskesmas Gembong, Tangerang
- Puskesmas Ciledug, Cirebon
- Dinkes Purworejo
- RSUD Patut Patuh Patju, NTB
- Poltekkes Banten, Kab. Tangerang
- Puskesmas Losari, Cirebon
- Puskesmas Benda, Tangerang
- RSUD Panglima Sebaya, Kaltim
- RSJ Cisarua, Bandung
- Dinkes Kab. Sorong Selatan, Papua
- RSUD Cipayang, Jakarta Timur
- RSUD Cengkareng, Jakarta Barat
- PKM Pasar Kemis, Kota Tangerang
- Dinkes Waykanan, Lampung

## Rumah Sakit Swasta :

- PT. Global Assistance & Healthcare
- RS Kartini
- RS Bhakti Asih
- PT. Damarus Panen Utama
- Klinik Utama Alia Medika
- RS Tiara Tangerang
- PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia
- PT. Takagi Sari Multi Utama
- RS Mardi Waluyo Metro
- RS FMC Bogor
- RSIA Assyifa
- PT. Jatelindo Perkasa Abadi
- PT. Andiarta Matra Utama
- PT. Nutri Sejahtera Utama
- Klinik Herca Cabang Kokas
- Klinik Herca Cabang Central Park
- Klinik Herca Cabang PIK
- Apotik Kimia Farma Brawijaya
- PT. Putra Sinar Baru Sejati
- Skin Holic Clinic
- Jakarta Menclinic
- SPPOI Eminence
- Klinik Dr. Sadewantoro
- Star Energy Geothermal Darajat III
- Star Energy Geothermal Salak
- RS Saint Carolus
- The Clinic Beautylosophy
- RS Mata JEC Kedoya
- PT. Pratama Abadi Industri
- PT. Chevron Indonesia
- CFF Clinic Exxon Mobil
- ORF Gresik
- RSIA Pala Raya
- Klinik Smile Art
- RS Anggrek Mas
- RS Puri Medika
- RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu
- Klinik Dzakhirah
- RSU Handayani
- RSU Wisma Rini
- RS Siaga Raya
- Klinik Alia Medika
- Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa
- RSUI Mutiara Bunda
- RS Ibu & Anak Permata Serdang